

新潟みらい農業協同組合 代表理事理事長 様

新潟県農林水産部長

令和元年産米放射性物質調査の検査結果について（通知）

貴組合の御協力のもと、県が実施した令和元年産米の放射性物質検査結果を、下記のとおりお知らせしますので、貴組合管内農業者等へ周知願います。
なお、この調査結果は、報道機関にプレスリリースするとともに、新潟県ホームページにおいて公表します。

記

（単位：ベクレル/kg）

品目	採取地	放射性セシウム			【参考】放射性ヨウ素 ヨウ素131
		セシウム134	セシウム137	計	
玄米 (早生)	新潟市①	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	新潟市②	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	新潟市③	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	新潟市④	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	新潟市⑤	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	新潟市⑥	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	新潟市⑦	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	阿賀町①	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	阿賀町②	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	阿賀町③	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず

食品衛生法の規格基準（一般食品）	100	基準なし
------------------	-----	------

注 表中の「検出されず」という表記は、検出限界値以上の放射性セシウムが検出されなかったことを意味します。

【分析方法】ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

【検査基準】国が行う検査に準じ、検出限界値（放射性セシウム134及び137の合計値）が10Bq/kg以下となるよう設定

【分析機関】一般財団法人 新潟県環境衛生研究所

担当 農産園芸課主要作物係 阿部、鶴巻 電話：025-280-5296 FAX：025-280-5217
